

## Appareils de mobilité manuels

Catégorie	Critères	Exemples de marques de fabrique
<p><b><u>De base</u></b> Coût du fauteuil roulant seulement &lt; 2 500 \$</p>	<p>Le client utilise le fauteuil à long terme, mais de façon intermittente (le client est ambulatoire; il utilise le fauteuil pour parcourir de longues distances; ses troubles médicaux fluctuent); un fauteuil roulant est donc nécessaire.</p> <p>L'état physique du client ne nécessite pas d'autres éléments de siège qu'un coussin et une ceinture de positionnement.</p> <p>Compte tenu de l'état physique <u>actuel</u> du client, de son diagnostic ou de son pronostic, le risque de progression de la maladie est faible ou inexistant.</p> <p>Les divers réglages de l'appareil n'influent pas l'aptitude du client à propulser le fauteuil; un fauteuil réglable n'est donc pas nécessaire.</p>	<p>Coussin de siège d'un maximum de 600 \$</p> <p>Quickie Breezy 510 Quickie Breezy 600</p> <p>Invacare Ridelite 9000 SL/XT Patriot Tracer</p> <p>AMG Airgo Pride Stylus</p>
<p><b><u>Intermédiaire</u></b> Coût du fauteuil roulant seulement &lt; 4 000 \$</p>	<p>Le client utilise le fauteuil à temps plein ou comme appareil principal de mobilité.</p> <p>Le client a besoin d'un système modulaire d'assise standard, ce qui pourrait comprendre un appui dorsal, un coussin, une ceinture du positionnement, un appui-tête et un plateau.</p> <p>Le pronostic du client indique un risque <u>modéré</u> de progression de la maladie; un fauteuil ou un appareil modérément réglable est donc nécessaire.</p> <p>L'aptitude du client à propulser le fauteuil est en <u>quelque sorte</u> compromise par son état physique; un fauteuil modérément réglable est donc justifié.</p>	<p>Coussin de siège d'un maximum de 600 \$</p> <p>Support dorsal d'un maximum de 600 \$</p> <p>Système modulaire d'assise standard d'un maximum de 500 \$.</p> <p>Quickie LXI, Quickie 2, Quickie GPV, GP, GS, HP, Action, Xtra, MVP, Allegro, Comet, Kuschall, Compact, Ultra Light</p>
<p><b><u>Complexe</u></b> Coût du fauteuil roulant seulement &lt; 5 000 \$</p>	<p>Le client utilise le fauteuil à temps plein comme appareil principal de mobilité.</p> <p>Le client a besoin d'un système modulaire d'assise sur mesure, ce qui pourrait comprendre un appui dorsal, un coussin, une ceinture de positionnement, un appui-tête <u>et</u> d'autres éléments de siège, dont des harnais d'abduction de hanche, des supports latéraux et des pièces sur mesure.</p> <p>Le pronostic du client indique un risque <u>élevé</u> de progression de la maladie; un fauteuil hautement réglable est donc nécessaire.</p>	<p>Coussin de siège d'un maximum de 1 000 \$</p> <p>Support dorsal d'un maximum de 1 200 \$</p> <p>Système modulaire d'assise sur mesure d'un maximum de 1 000 \$</p> <p>Quickie II, TS, IRIS, GS, Quickie Kids, R2,</p>

	<p>L'aptitude du client à propulser le fauteuil est manifestement compromise par son état physique; un fauteuil hautement réglable est donc nécessaire.</p> <p>L'évaluation du client indique des problèmes qui nécessitent des options non disponibles sur les fauteuils réglables standard. Du matériel plus complexe est indiqué (p. ex. : dispositifs de contention très résistants, fauteuil manuel basculant ou inclinable, modèle réversible, fauteuil à cadre rigide, dispositif de conduite unilatérale, fauteuil en titane).</p> <p>Si le prescripteur n'a pas une expérience de niveau intermédiaire en matière de sièges, il est recommandé de consulter une clinique spécialisée.</p>	<p>Revolution, M6, Invacare Solara, A4, Compass, Terminator, Comet, Concept 45, Orion II</p> <p>Kimba, Kid Kart, Panda, PDG Stellar, Eclipse, Bentley, Kuschall Champion, Airlite</p>
<p><b>Spécial</b> <b>Coût du fauteuil</b> <b>roulant seulement</b> <b>&gt; 5 000 \$</b></p>	<p>Le client utilise le fauteuil à temps plein comme appareil principal de mobilité.</p> <p>Le client a besoin d'un système modulaire d'assise sur mesure en raison d'une difformité marquée ou de troubles physiques qui rendent les systèmes modulaires standard inadéquats.</p> <p>L'état physique du client indique un <u>risque très élevé</u> de progression de la maladie; un fauteuil hautement réglable doté de certaines options est nécessaire.</p> <p>En raison de la conception des appareils, il est nécessaire d'avoir un niveau avancé de connaissances et d'expérience pour les prescrire aux clients. Il faut aussi de l'aide technique pour les assembler et la capacité de suivre les clients pour apporter des changements selon les besoins.</p>	<p>Comprend un coussin moulant ou un coussin morphologique en mousse d'un maximum de 8 000 \$</p> <p>Comprend les éléments spéciaux d'un maximum de 1 000 \$</p> <p>Comprend tous les types de fauteuil énumérés dans la catégorie « Complexe ». Le fauteuil nécessite cependant des adaptations ou un réglage hautement spécialisé pour maximiser les capacités fonctionnelles du client.</p>

## Appareils de mobilité électriques

Catégorie	Critères	Exemples de marques de fabrique
<p style="text-align: center;"><b><u>De base</u></b> Coût du fauteuil roulant seulement &lt; 6 000 \$</p>	<p>Le client utilise l'appareil de mobilité à long terme, mais de façon intermittente (p. ex. : le client est ambulateur, mais il utilise le fauteuil pour parcourir de longues distances ou comme moyen de transport).</p> <p>L'état physique du client ne nécessite pas d'autres éléments de siège qu'un coussin et une ceinture de positionnement.</p> <p>L'état du client est tel que le risque de progression de la maladie est faible ou inexistant.</p> <p>L'état du client ne nécessite pas un niveau élevé de programmabilité.</p>	<p>Coussin de siège d'un maximum de 600 \$</p> <p>Planche à roulettes</p> <p>Quickie V100, V521, M11</p> <p>Invacare M50, M51, M71, Neutron</p> <p>Jazzy 1103, 1113, Jet 3 Ultra, Dynamis, Nomad</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Intermédiaire</u></b> Coût du fauteuil roulant seulement &lt; 9 000 \$</p>	<p>Le client utilise l'appareil de mobilité à temps plein ou comme appareil principal de mobilité.</p> <p>Le client a besoin d'un système modulaire d'assise <u>standard</u>, ce qui pourrait comprendre un appui dorsal, un coussin, une ceinture de positionnement et un appui-tête.</p> <p>Le pronostic du client indique un risque <u>modéré</u> de progression de la maladie; le siège doit donc être réglable.</p> <p>L'aptitude du client à propulser le fauteuil est en <u>quelque sorte</u> compromise par son état physique; un niveau modéré de programmabilité est donc nécessaire.</p>	<p>Coussin de siège d'un maximum de 600 \$</p> <p>Support dorsal d'un maximum de 600 \$</p> <p>Éléments de siège standard d'un maximum de 500 \$</p> <p>Quickie 424, 525, F11, M11, Quantum 1122, Invacare TDX3, TDX4, TDX5, Basic, M91, Ranger X, Storm 3G, Basic</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>Complexe</u></b> Coût du fauteuil roulant seulement &gt; 9 000 \$</p>	<p>Le client utilise l'appareil de mobilité à temps plein ou comme appareil principal de mobilité.</p> <p>Le client a besoin d'un système modulaire d'assise <u>sur mesure</u>, ce qui pourrait comprendre un appui dorsal, un coussin, une ceinture de positionnement, un appui-tête <u>et</u> d'autres éléments spéciaux, dont des harnais d'abduction de hanche, des supports latéraux et des pièces sur mesure.</p> <p>Le pronostic du client indique un <u>risque élevé</u> de progression de la maladie; le siège doit donc être hautement réglable.</p>	<p>Coussin de siège d'un maximum de 1 000 \$</p> <p>Support dorsal d'un maximum de 1 200 \$</p> <p>Pièces sur mesure d'un maximum de 1 000 \$</p> <p>Quickie 646, 424, 222</p> <p>Quantum 1170, 1400, 1420,</p>

	<p>L'aptitude du client à faire fonctionner le fauteuil est manifestement compromise par son état physique; un niveau élevé de programmabilité est donc nécessaire.</p> <p>L'évaluation du client indique des problèmes qui nécessitent des options non disponibles sur les fauteuils motorisés standard. Du matériel plus complexe est indiqué (p. ex. : fauteuil pour personne obèse, éléments motorisés complémentaires).</p>	<p>1650</p> <p>Invacare – TDX, Storm 3G</p> <p>Roues électromotrices Roues rétractables</p>
<p><b><u>Spécial</u></b> <b>Coût du fauteuil roulant seulement &gt;12 000 \$</b></p>	<p>Le client utilise le fauteuil à temps plein ou comme appareil principal de mobilité.</p> <p>Le client a besoin d'un système modulaire d'assise sur mesure en raison d'une difformité marquée ou de troubles physiques qui rendent les systèmes modulaires standard inadéquats.</p> <p>L'état physique du client indique un <u>risque très élevé</u> de progression de la maladie; un fauteuil hautement réglable doté de certaines options est nécessaire.</p> <p>L'état du client est tel qu'il nécessite un fauteuil ayant un niveau très élevé de programmabilité, de même que d'autres dispositifs de conduite.</p> <p>En raison de la conception des appareils, il est nécessaire d'avoir un niveau avancé de connaissances et d'expérience pour les prescrire aux clients. Il faut aussi de l'aide technique pour les assembler. La prescription doit seulement être exécutée si le prescripteur dispose de connaissances avancées, d'un soutien technique et de la capacité de surveiller le client de près et d'assurer le suivi.</p>	<p>Les appareils de cette catégorie ne sont pas systématiquement approuvés. Ils exigent une autorisation spéciale.</p> <p>Ils peuvent comprendre ce qui suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- autre dispositif de conduite;</li> <li>- matériel de support pour l'utilisation d'un ventilateur.</li> </ul>