



CFIA-ACIA

Canadian Food Inspection Agency

Biohazard Containment & Safety Division
 Laboratories Directorate
 159 Cleopatra Dr.
 Ottawa, ON K1A 0Y9
 Tel: (613) 221-7068
 Fax: (613) 228-6129
 Email: latreillen@inspection.gc.ca

Division des biorisques, du confinement et de la sécurité
 Direction des laboratoires
 159 Promenade Cleopatra
 Ottawa, ON K1A 0Y9
 Tel: (613) 221-7068
 Fax: (613) 228-6129
 Email: latreillen@inspection.gc.ca

Liste de vérification – Installations vétérinaires manipulant des agents pathogènes d’animaux de niveau de confinement 2 (installation pour petits animaux)

Nom de l'importateur :	Agent de sécurité institutionnel :
Adresse :	Adresse :
Téléphone :	Téléphone :
Télécopieur :	Télécopieur :
Matériel importé :	
Numéro de salle ou le matériel importé sera manipulé:	

Aspect	Référence aux normes	Questions	Satisfaisant (S) Insatisfaisant (I) N/D	Commentaires
1- Structure organisationnelle				
Agent de sécurité biologique		Existe-t-il sur place un agent de la sécurité biologique ou un particulier responsable de la sécurité biologique? <i>(ce particulier devrait être sur les lieux au cours de l'inspection)</i>		
Manuel de sécurité	p. 63	L'importateur dispose-t-il d'un manuel de procédures en laboratoire ou d'un manuel de sécurité <i>(revoir rapidement le manuel)</i>		
		Le personnel de laboratoire dispose-t-il d'un exemplaire des « Normes sur le confinement des installations vétérinaires »? <i>(faire lire ce document par les employés)</i>		

Liste de vérification – Installations vétérinaires manipulant des agents pathogènes d’animaux de niveau de confinement 2 (installation pour petits animaux)

Aspect	Référence aux normes	Questions	Satisfaisant (S) Insatisfaisant (I) N/D	Commentaires
2- Formation				
Formation	p. 63	Le personnel du laboratoire a-t-il lu et compris le manuel de sécurité? <i>(demandez à un employé du laboratoire s'il a lu le manuel)</i>		
	p. 63	Est-ce que toutes les personnes au laboratoire connaissent et appliquent les protocoles opérationnels pour les projets en cours?		
	p. 63	Existe-t-il une documentation écrite sur la formation assurée? <i>(examinez ce document)</i>		
	p. 63	Les employés d'entretien ont-ils reçu une formation sur les risques associés au matériel importé? <i>(quel type de formation les nettoyeurs ont-ils reçue)</i>		
	p. 63	Les autres employés qui ont accès au laboratoire (p. ex. le personnel d'entretien) ont-ils reçu une formation sur les dangers particuliers au matériel importé? <i>(quel type de formation les employés d'entretien ont-ils reçue)</i>		
3- Exigences physiques				
Accès	p. 22	L'accès à l'installation est-il limité aux personnes qui s'y rendent pour affaires officielles? <i>(déterminez comment – dispositifs de verrouillage et/ou affiches)</i>		
	p. 23	L'aire d'entrée/de sortie du personnel comprend-elle un sas ventilé?		
	p. 24	L'aire d'entrée/de sortie du personnel comporte-t-elle une zone de changement des vêtements?		
	p. 24	L'aire d'entrée des animaux comporte-t-elle un sas ventilé?		
Affiches	p. 23	Des affiches contre le danger biologique sont-elles apposées sur les portes de l'installation renseignant sur les agents utilisés?		
	p. 23	Les mises en garde indiquent-elles le nom et le numéro de téléphone de la personne à appeler en cas d'urgence?		

Liste de vérification – Installations vétérinaires manipulant des agents pathogènes d’animaux de niveau de confinement 2 (installation pour petits animaux)

Aspect	Référence aux normes	Questions	Satisfaisant (S) Insatisfaisant (I) N/D	Commentaires
Généralités	p. 21	Les bureaux sont-ils situés hors des zones de travail de l'installation animalière? <i>(des postes de travail de bureau sont autorisés au sein de l'installation animalière mais hors des salles des animaux)</i>		
	p. 21	L'installation dispose-t-elle d'aires de stockage d'aliments et de litières appropriées?		
	p. 22	Existe-t-il une aire de lavage des cages propres et sales? <i>(Dans la négative, déterminez comment les cages sont nettoyées?)</i>		
	p. 22	Des aires expérimentales sont-elles ménagées? <i>(p. ex. pour les autopsies, les interventions chirurgicales)</i>		
Périmètre	p. 26	Les portes de l'installation animalière et des salles sont-elles gardées fermées? <i>(vérifiez qu'il n'existe pas d'arrêts de portes)</i>		
	p. 25	Les surfaces des salles des animaux sont-elles en général en bon état? <i>(ni fissures, ni peinture écaillée, ni joints ouverts)</i>		
	p. 26	Les portes et leurs bâtis des salles des animaux sont-ils en matériaux non absorbants ou scellés?		
	p. 31	L'installation animalière comporte-t-elle des éviers « mains libres » pour le lavage des mains?		
Système de traitement d'air	p. 27	L'installation animalière dispose-t-elle d'un écoulement d'air directionnel vers l'intérieur? <i>(s'en assurer à l'entrée d'une porte en utilisant une poire à fumée ou un tissu)</i>		
Dispositifs de confinement primaires	p. 66	Des enceintes de sécurité biologique (ESB) utilisées pour les méthodes expérimentales conviennent-elles? <i>(la nécessité des ESB dépend du micro-organisme et de la méthode – il revient au superviseur de déterminer les méthodes qui doivent être exécutées en ESB)</i>		
	p. 61	Les ESB sont-elles certifiées conformément à la norme ACNOR Z316.3-95 au moins chaque année? <i>(vérifiez l'étiquette de certification - la certification conformément à la norme NSF 49 est aussi acceptée)</i>		

Liste de vérification – Installations vétérinaires manipulant des agents pathogènes d’animaux de niveau de confinement 2 (installation pour petits animaux)

Aspect	Référence aux normes	Questions	Satisfaisant (S) Insatisfaisant (I) N/D	Commentaires
	p. 62	L'étiquette de certification indique-t-elle la date de la prochaine certification et la norme de référence selon laquelle les essais de certification ont été effectués ainsi que le nom de la personne qui a effectué la certification?		
	p. 62	Un exemplaire du rapport de certification est-il facilement disponible? <i>(demandez à voir un exemplaire du rapport)</i>		
	p. 53	L'installation utilise-t-elle des cages de confinement? <i>(Il s'agit d'un élément optionnel au niveau 2, mais des installations peuvent l'utiliser)</i>		
Décontamination	p. 27	L'installation dispose-t-elle d'une méthode pertinente de décontamination de l'installation animalière (p. ex. incinérateur, autoclave)? <i>(déterminez comment sont traités les divers articles contaminés – ils peuvent être décontaminés dans une aire centrale hors de l'installation s'ils sont bien isolés et transportés)</i>		
Programme de lutte contre les ravageurs	p. 27	L'installation est-elle protégée contre la vermine et les insectes? <i>(vérifiez la présence de mouches mortes et de déjections de souris)</i>		
4- Pratiques opérationnelles				
Uniformes	p. 71	Ceux qui travaillent dans l'installation animalière portent-ils des combinaisons et des chaussures? <i>(Ou d'autres vêtements équivalents)</i>		
	p. 72	Des méthodes pertinentes concernant les vêtements de protection existent-elles pour le travail dans chaque salle des animaux? <i>(c.-à-d. utilisent-ils des bains de pieds désinfectants ou les vêtements sont-ils changés entre les salles animalières?)</i>		
	p. 71	Des gants sont-ils utilisés pour manipuler directement le matériel infectieux importé?		
	p. 71	Des respirateurs sont-ils portés pendant la manipulation d'agents zoonotiques potentiels qui ne peuvent être contenus par un dispositif de confinement primaire?		

Liste de vérification – Installations vétérinaires manipulant des agents pathogènes d’animaux de niveau de confinement 2 (installation pour petits animaux)

Aspect	Référence aux normes	Questions	Satisfaisant (S) Insatisfaisant (I) N/D	Commentaires
	p. 71	Les mains sont-elles lavées après la manipulation de matériel infectieux et avant la sortie de l'installation animalière? <i>(Si vous avez touché à quelque chose au laboratoire, les responsables s'assurent-ils que vous vous lavez les mains lorsque vous laissez l'aire)</i>		
	p. 65	Est-il interdit de manger, de mâcher de la gomme, de fumer, d'entreposer des aliments et d'appliquer des produits de beauté? <i>(vérifiez si le réfrigérateur renferme des aliments)</i>		
Décontamination	p. 80	Des procédures écrites sont-elles disponibles sur les méthodes de décontamination utilisées? <i>(demandez à voir un exemplaire de ces documents)</i>		
	p. 73	Toutes les substances contaminées sont-elles décontaminées avant leur élimination? <i>(déterminez comment les divers articles sont traités – autoclave/ désinfection/incinération)</i>		
	p. 81	Les désinfectants utilisés pour la décontamination sont-ils efficaces contre l'agent importé? <i>(quels sont les désinfectants utilisés)</i>		
	p. 81	L'efficacité de l'autoclave est-elle vérifiée à l'aide d'indicateurs biologiques? <i>(demandez à voir ces indicateurs et comment l'essai est effectué)</i>		
	p. 80	L'établissement garde-t-il en archives des dossiers sur les essais d'efficacité? <i>(examinez ces dossiers)</i>		
Procédures d'urgence	p. 64	Existe-t-il des procédures d'urgence écrites pour le nettoyage en cas de déversement, pour les pannes de l'enceinte de sécurité biologique, les pannes d'électricité, la fuite d'un animal ou d'autres urgences? <i>(examinez un exemplaire de ces procédures)</i>		
Dossiers		Des dossiers sont-ils tenus sur le pathogène importé? <i>(revoyez ces dossiers)</i>		

Aspect	Référence aux normes	Questions	Satisfaisant (S) Insatisfaisant (I) N/D	Commentaires
		Les dossiers indiquent-ils où le pathogène a été utilisé/entreposé et la date de l'élimination? <i>(retracez un pathogène importé grâce au système d'enregistrement depuis sa réception jusqu'à son élimination)</i>		

Représentant du laboratoire

Agent de sécurité institutionnel

Date