

**Positive Result Thresholds**  
for the GE Iontrack Inc. ITEMISER

**Résultat positif – Seuils minimaux**  
applicables à l'ITEMISER de GE Iontrack Inc.

Subject to the specific equipment being used, analysis results at or above the levels identified below will be considered to represent a positive (+) result.

Selon le type d'appareil utilisé, tout résultat d'analyse qui correspond ou est supérieur aux seuils indiqués ci-dessous sera considéré comme un résultat positif (+).

**ITEMISER System**

**Système ITEMISER**

<b><u>Narcotic</u></b>	<b><u>Alarm threshold</u></b>
L-amphetamine	<b>750</b>
(+) Methamphetamine	<b>750</b>
Methylenedioxyamphetamine	<b>750</b>
Methylenedioxymethamphetamine	<b>750</b>
Phencyclidine	<b>750</b>
Morphine	<b>750</b>
Cocaine	<b>750</b>
LSD	<b>750</b>
THC	<b>750</b>
Heroin	<b>500</b>
BenzylEconine	<b>750</b>
Econidine Methylester	<b>750</b>
Internal calibrant	<b>100</b>

<b><u>Stupéfiant</u></b>	<b><u>Seuil d'alarme</u></b>
L-amphétamine	<b>750</b>
(+) Méthamphétamine	<b>750</b>
Méthylènedioxyamphétamine	<b>750</b>
Méthylènedioxyméthamphétamine	<b>750</b>
Phencyclidine	<b>750</b>
Morphine	<b>750</b>
Cocaïne	<b>750</b>
LSD	<b>750</b>
THC	<b>750</b>
Héroïne	<b>500</b>
Benzoylécgonine	<b>750</b>
Esther méthylique de l'écgonidine	<b>750</b>
Calibrateur interne	<b>100</b>